



Hettich Labinstrument AB
Wenngarn 443
19391 Sigtuna

2023-11-28

Säkerhetsmeddelande - FSN 454410 A23063D8 - R004 23

Kära kund,

Vi på Hettich Labinstrument AB har blivit informerade från tillverkaren Greiner Bio-One om att vissa vakuumbor med artikelnummer 454410 lot-nummer A23063D8 visar avvikelser beträffande koncentrationen av tillsats, vilket kan ha betydelse för efterföljande analys. Baserat på interna undersökningar kan det berörda sortimentet av kartonger begränsas till kartongnummer 47-51, 227-231, 414-418 och 616-620.


Därför har Greiner Bio-One beslutat att initiera en återkallelse för vakuumbor från dessa kartonger.

Produkterna måste återkallas på grund av produktöverensstämmelse och säkerhetsskäl.

Vi ber dig vänligen att isolera ditt lager, inklusive eventuella rör på plats och se till att det berörda partiet tas ur omlopp.

Item Number	Lot Number	Carton Number
454410	A23063D8	47-51 227-231 414-418 616-620

Kartongnummer identifieras enligt bild nedan, se röd ruta.



Om ni har kartonger med dessa rör kvar kontakta mig för vidare instruktioner skyndsamt.

Vi beklagar det besvär detta orsakar er och hoppas på er förståelse,

Med vänlig hälsning / Best Regards

Katarina Lennström

katarina@hettichlabinstrument.se

Mobil: +46 708 687762 | Vxl: +46 8 7520030