

Datum 2025-11-27

Meddelande 4 2025

Från Unilabs Laboratoriemedicin

Säkerhetsmeddelande angående analys av TRAK inom Unilabs

Analysleverantören Roche har meddelat att prover som analyserats för S-TRAK (TSH-receptor-antikroppar) mellan datumen 2025-07-22 fram till och med 2025-11-24 kan ha påverkats av otillräcklig kvalitet i reagenset.

Enligt Roches undersökningar får detta som följd "att resultat kan visa ett högre värde (en "positiv bias") än förväntat, där felet är upp till 60 % kring den medicinska beslutsgränsen 1,75 IU/L."

Prover som har analyserats inom dessa tider kan övervägas att bekräftas med ett nytt prov.

Kontakt:

Joel Svensson, specialistläkare, med dr, klinisk kemi, joel.svensson@unilabs.com

Linn Lindblom, kemist, linn.lindblom@unilabs.com

Kontakt Stockholm:

Kristina Sejersen, specialistläkare, med dr, klinisk kemi, kristina.sejersen@unilabs.com